

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. PS-M-01

vydané v návaznosti na postup dle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 ve vazbě na ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Prohlášení vydává:

AFRISO spol. s r.o.

Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4, IČO: 63 99 40 62

jako dovozce výrobků:

Název, typ: **Tlakoměry s pružnou trubicí RF D2, D3, D4,**

Výrobce: AFRISO-Euro-Index GmbH, Lindenstrasse 20, D-74363 Güglingen

Technická data:

Jmenovitá velikost: 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm

Rozsahy tlaků: od (-1 až 0 bar) do (-1 až 15 bar)

od (0 až 0,6 bar) do (0 až 1600 bar)

Třídy přesnosti: 2,5 / 1,6 / 1,0

Materiál pouzdra: lakovaná ocel nebo nerez ocel

Měřicí strojek: mosaz legovaná mědí nebo nerez ocel

Použitelné teploty: teplota okolí : - 20/ + 60°C

Teplota měřeného média: max. 60°C

Rozsahy použitelnosti: Klidové zatížení: 3/4 z konečné hodnoty stupnice

Střídavé zatížení: 2/3 z konečné hodnoty stupnice

Krátkodobě: konečná hodnota stupnice

Prohlašuji a potvrzuji, že

A. Výrobky odpovídají svými vlastnostmi následujícím českým technickým normám:

- ČSN EN 837-1 "Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení",
- ČSN EN 60529 "Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)".

B. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a v technické specifikaci výrobku určeného použití **bezpečné**.

C. Posouzení shody bylo provedeno podle § 12 odstavec 1. písm.a) zákona 22/ 1997 Sb. a to na základě prohlášení od výrobce o shodě se směrnicemi EHS č.97/23/EC. Prohlášení bylo vydáno dne 9.2.2007.

C. Výrobce i dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje **shodu** všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády (výrobce je držitelem certifikátu systému jakosti podle normy ISO 9001, systém jakosti dovozce byl prověřen v rámci certifikace).

V Praze dne 15.1.2015



Ing. Jana Tichánková - Jednatel

